

Nr sprawy: P RSP – 1 PN/2014 odp

Radom, dnia 20.01.2014r.

Wykonawcy/ wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 09.08.2013r. Poz.907) Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1. Czy zamawiający wyodrębni z formularza ofertowego pozycje nr 107 jako oddzielne pozycje i pozwole na złożenie oferty oddzielnej na wyżej wymienionej pozycje. Przychylenie się do prośby pozwole większej ilości wykonawcom do przystąpienia z ofertami przetargowymi, skutkować to będzie zaoferowaniem konkurencyjnych (niskich) cen, co wpłynie korzystnie na zmniejszenie obniżenia budżetu zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 2. Czy zamawiający dopuści w pozycji 107 rękawiczki nitrylowe bezpudrowe o grubościach palec min 0,10 mm dłoń min 0,07 mm mankiet min 0,05 mm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza w pozycji 107 rękawiczki nitrylowe bezpudrowe o grubościach palec min 0,10 mm dłoń min 0,07 mm mankiet min 0,05 mm.

Pytanie 3. Czy zamawiający odstąpi w pozycji nr 107 od wymogu „Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu” i dopuści rękawiczki z rozmiarem oznakowanym w formie literowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 4. Czy zamawiający w pozycji 107 odstąpi od wymogi „Przebadane na przenikalność min. 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacja o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu „ i dopuści rękawiczki przebadane na 4 substancje chemiczne przez jednostkę niezależną od producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Z-ca DYREKTORA
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu
mgr inż. Wojciech Marek Puton