



Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Tochtermana 1
www.pogotowie.radom.pl
tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286

Nr sprawy: RSPR – 4 PN/ 2016

S I W Z

na dostawę sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 2164.)

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209 000 Euro.

Kod CPV: 33.10.00.00-1

Radom, kwiecień 2016 r.

Słownik niektórych pojęć zawartych w SWIZ

1. Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przedsiębiorca – rozumie się przez to :

- 1) przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. art. 4 ust. 1 : przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i art. 4 ust. 2 : za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności; a także:
- 2) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
- 3) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu;
- 4) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art.4 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.);
- 5) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; (ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn.zm.)

Podmioty zbiorowe - Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Art.2 Ustawowa definicja podmiotu zbiorowego

1. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
2. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna.

2. Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami (art. 2 pkt 9b – ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

I. Zamawiający:

Nazwa Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,
Adres: ul. Tochtermana 1,
26 – 600 Radom,
tel./fax. (48) 362–48–47,
adres e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
strona internetowa: www.pogotowie.radom.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro , zgodnie z art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”.

III. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego w asortymencie wymienionym poniżej :

- nosze podbierakowe - 2 szt
- deska ortopedyczna dla dorosłych - 2 szt
- deska ortopedyczna pediatryczna – 2 szt
- kamizelka ortopedyczna – 1 szt
- zestaw do zabezpieczenia amputowanych kończyn - 2 szt
- szyna wyciągowa – 2 szt
- pulsoksymetr przenośny transportowy z kapnometrem – 2 szt
- ssak akumulatorowo-sieciowy – 2 szt
- ssak przenośny mechaniczny-2 szt
- respirator reanimacyjno-transportowy – 1 szt
- krzeselko kardiologiczne składane – 2 szt
- płachta ratownicza – 1 szt
- pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 1 szt
- defibrylator / monitor przenośny z funkcją transmisji danych – 2 szt
- urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt
- worek resuscytacyjny dla dorosłych z kpl masek – 1 szt
- worek resuscytacyjny dla dzieci z kpl masek – 1 szt
- przenośny zestaw tlenowy – 1 szt

o parametrach wymaganych określonych w załączniku nr 2 do siwz.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 33.10.00.00-1.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia dynamicznego systemu zakupów.

IV. Termin wykonania zamówienia :

Okres realizacji : max 30 dni od daty podpisania umowy .

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące :
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
 - a) działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
 - b) dla spełnienia warunku jest wymagane: oświadczenie nr 1 Wykonawcy;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia : dla spełnienia warunku wymagane jest:
 - a) oświadczenie nr 1 Wykonawcy
 - b) Wykaz wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załącznikiem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - minimum trzech dostaw , których zakres merytoryczny odpowiada przedmiotowi zamówienia,

o wartości nie mniejszej niż 345 000,00 PLN każda, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2c do SIWZ;

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : dla spełnienia warunku wymagane jest:
 - a) oświadczenie nr 1 Wykonawcy;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej : dla spełnienia warunku wymagane jest:
 - a) oświadczenie nr 1 Wykonawcy,
 2. Warunki o których mowa w ust. 1. oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.
 3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy .
 4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia (*art.24 ust. 2a ustawy*).
 5. Dla spełnienia wymaganych warunków Wykonawca musi załączyć do oferty prawidłowo wypełnione i podpisane wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. VI SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.
 6. Warunek uważa się za spełniony jeżeli Wykonawca w opisanym zakresie oświadczy, że spełnia warunki opisane w pkt. V siwz, oraz przedstawi wymagane w pkt. VI SIWZ dokumenty.
 7. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, których Zamawiający sprawdzi kompletność, a następnie sprawdzi spełnienie warunków wg formuły: spełnia – nie spełnia.
 8. Niewypełnienie albo błędne wypełnienie formularzy ofertowych, lub złożenie w tych dokumentach nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania, wobec niemożliwości ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, lub poprawienia na podstawie art. 87 ustawy Pzp będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania przy ocenie spełnienia wymagań podmiotowych, bądź odrzuceniem oferty przy ocenie spełnienia wymagań przedmiotowych.
 9. Nie złożenie w terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów a także wymaganych pełnomocnictw, pomimo wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia, będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania przy ocenie spełnienia wymagań podmiotowych, bądź odrzuceniem oferty przy ocenie spełnienia wymagań przedmiotowych.
- VI. Dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty, :
1. Wymagane dokumenty w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy :
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :
 - a) oświadczenie nr 1 Wykonawcy, pkt. 1, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia :
 - a) oświadczenie nr 1 Wykonawcy, pkt. 2, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.;
 - b) Wykaz wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załącznikiem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - minimum trzech dostaw , których zakres merytoryczny odpowiada przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 345 000,00 PLN każda, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2c do SIWZ;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :
 - a) oświadczenie nr 1 Wykonawcy, pkt. 3, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.;

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej :
 - a) oświadczenie nr 1 Wykonawcy, pkt. 4, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.;
- 5) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do niniejszej SIWZ.
2. Wymagane dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
oświadczenie nr 2 Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ.;
 - 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą :
Dla każdej części zamówienia:
 - 1) Folder, zdjęcia z opisem technicznym oferowanego aparatu.
 - 2) Dokumenty dopuszczające do stosowania i obrotu w medycznych placówkach służby zdrowia na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu medycznego z Dyrektywą 93/42/EWG – Certyfikat lub Deklaracja zgodności. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1) złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego; (§ 6ust.3. Rozporządzenia z dnia 19.02.2013 r.);
 - 3) Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2) złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości (§ 6 ust. 4. Rozporządzenia z dnia 19.02.2013 r.).
4. Wymagane dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy :
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zawarta w formularzu ofertowym (strona czwarta - załącznik nr 1c do SIWZ), (art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.).
5. oraz inne dokumenty :
 - 1) pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu lub reprezentowania i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
 - 2) pełnomocnictwo - o którym mowa w pkt. 6. 1) - 3) – Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6. Dodatkowe informacje o dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI. 2. 2) - 4) :

- 1) w zakresie pkt. VI. 2. 2) - 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6-mcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5. pkt. 1) i 2) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem (§4 ust.3 rozporządzenia z dnia 19.02.2013 r.);
- 2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. (§ 4 ust.4 rozporządzenia z dnia 19.02.2013 r.).

7. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / konsorcjum w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.

- 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) W powyższym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa, na podstawie art. 23. ust. 2 ustawy, tj. pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.
- 3) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności :
 - a) łącznie przez wszystkich Wykonawców – (*jeden dokument*);
 - b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców – (*tyle dokumentów ilu Wykonawców*).
- 4) Dla spełnienia warunków z art. 22 ust. 1. ustawy, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia kilku Wykonawców w ofercie muszą zostać złożone przedmiotowe dokumenty o których mowa w pkt. VI.1., podpisane odpowiednio przez wyznaczonego pełnomocnika.
- 5) Dla spełnienia warunków z art. 24 ust. 1 ustawy, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia kilku Wykonawców, w ofercie muszą być złożone dokumenty o których mowa w pkt. VI.2., przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 6) Oświadczenie nr 2 (*załącznik nr 1a do SIWZ.*) może być przedłożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub jedno wspólne oświadczenie podpisane przez wszystkich Wykonawców albo przez wyznaczonego pełnomocnika.
- 7) Informację o przynależności do grupy kapitałowej (*formularz ofertowy – załącznik nr 1c do SIWZ.*) wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.

- 9) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający nie będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. (art. 23. Ust. 4. Ustawy).
- 10) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8. Forma dokumentów :

- 1) Wszystkie dokumenty, poza wymienionymi w pkt. 2) muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty;
- 2) Wyłącznie w oryginale muszą być przedstawione następujące dokumenty :
zobowiązanie (załącznik nr 1b do SIWZ.) musi być złożone w oryginale;
- 3) Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu;
- 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

VII. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów :

1. Postępowanie będzie prowadzone wyłącznie w języku polskim.
2. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający i Wykonawcy będą się porozumiewać w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail) lub faksem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania i informacje przekazywane są w formie elektronicznej lub faksem każda ze stron potwierdza niezwłocznie, pisemnie fakt ich otrzymania – na żądanie strony drugiej
3. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM
4. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail : pogotowie@pogotowie.radom.pl.
5. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 48/ 36-248-47.
6. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest :
 - 1) lek. med. Piotr Kowalski – Dyrektor RSPR
7. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji :
 - 1) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
 - 2) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 - 3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 6. 2) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 - 4) Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach opisanych w art. 38 ustawy.
 - 5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

VIII. Zamawiający nie wymaga wnieścia wadium oraz poręczenia lub gwarancji wadialnej.

IX. Termin związania ofertą :

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

X. Sposób przygotowania oferty :

1. Oferta musi zawierać odpowiednio wypełnione i podpisane :

- 1) formularze ofertowe, sporządzone w/g wzorów stanowiących załączniki do SIWZ ;
- 2) lista podmiotów lub informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej wg wzoru, dokumenty, oświadczenia, o których mowa w pkt. VI. SIWZ;

Wszystkie dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt. VI. niniejszej SIWZ, powinny być wypełnione zgodnie z wymogami SIWZ.

2. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
5. Wszelkie poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
6. W formularzu ofertowym wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażen (jw.) i równoważnych).
7. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty.
8. Na początku należy zamieścić spis treści wszystkich dokumentów stanowiących ofertę.
9. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.
10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
11. Na kopercie lub opakowaniu oferty należy umieścić następujące informacje:
Nazwę i adres Wykonawcy oraz opis :

*Postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu medycznego
dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
nie otwierać przed dniem 04.05.2016 r. godz. 10:30*

12. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
13. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z oznaczoną klauzulą „*Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa*”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę z naruszeniem powyższych postanowień .

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
15. Informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
 - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
16. Zawarcie w ofercie Wykonawcy zastrzeżenia o nie ujawnianiu informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w myśl powyższych postanowień jest bezskuteczne. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o uznaniu stosownego zastrzeżenia za bezskuteczne oraz ujawnieniu odpowiedniej części oferty.

XI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert :

1. Oferty należy składać do dnia 04.05.2016 roku, do godz. 10:00 w sekretariacie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ul. Tochtermana 1, I piętro, pok. 12.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2016r. o godz. 10:30 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Tochtermana 1, II piętro, pok. 13.
3. Wykonawcy oraz wszyscy zainteresowani, mogą być obecni przy otwarciu ofert.
4. Przewodniczący komisji przetargowej przed otwarciem ofert poda kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
5. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert.

6. Przewodniczący komisji przetargowej odczyta z ofert i poda obecnym nazwy oferentów i ich adresy oraz informacje dotyczące cen ofert.

XII. Sposób obliczenia ceny oferty :

1. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania zamówienia.
2. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom . (Dz. U. nr 95 poz. 798 z późn. zm.).
3. Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu ofertowym wartość (bez VAT), cenę (z VAT) oraz kwotę podatku VAT.

XIII. Informacje dotyczące walut obcych :

1. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

XIV. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert :

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	80
2	Parametry techniczne	20

Kryterium nr 1 : cena : X_c - waga 80

Sposób obliczenia punktów kryterium cena :

$$(\text{najniższa cena spośród ocenianych ofert}) / (\text{cena badanej oferty}) \times 80 = X_c$$

Kryterium nr 2 : Parametry techniczne - waga 20

Sposób obliczenia punktów kryterium parametry punktowane :

$$(\text{ilość pkt. w badanej ofercie}) / (\text{największa ilość punktów spośród ocenianych ofert}) \times 20 = X_{pt}$$

Parametr punktowany	Punktacja
Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie jednego źródła zasilania np. pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów) - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt
Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt
Min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) - dotyczy respiratora	Poniżej 50% - 10pkt 50% i więcej – 0 pkt
Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans magnetyczny) o indukcji min. 3 Tesla - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt
Możliwość rozbudowy urządzenia o zestaw do manualnej wentylacji ciśnieniowej noworodków - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt
Defibrylator przenośny dla dorosłych i dzieci z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 6 kg z kpl akumulatorów - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Inne

	rozwiązanie – 0 pkt.
Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV - dotyczy defibrylatora	Tak – 0 pkt. Szerszy zakres – 10 pkt.
Pomiar ciśnienia w trakcie napelniania mankietu, zsynchronizowany pomiar RR z kablem EKG , czas pomiaru do 30 sekund, zakres pomiaru min. 30-260 mmHg - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi 802.11 a/b/g/n; - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Port USB do transferu danych do komputera PC - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.
- automatycznie dopasowanie po aktywacji działania urządzenia bez konieczności ustawień wstępnych oraz bez jakiegokolwiek ingerencji operatora - 10 pkt, - dopasowanie z koniecznością ustawień ręcznych - 0 pkt. - dotyczy urządzenia do kompresji klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.
Możliwość zamocowania urządzenia wraz z pacjentem do noszy, deski ortopedycznej, kosza ratowniczego - bez przerywania pracy urządzenia - 10 pkt., - konieczność zatrzymania uciśnień przy przekładaniu pacjenta na urządzenia transportowe - 0 pkt. - dotyczy urządzenia do kompresji klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.
- torba z funkcją płachty do przenoszenia – 10 pkt , - torba bez funkcji płachty do przenoszenia – 0 pkt - dotyczy urządzenia do kompresji klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Łączna max suma punktów	150 pkt

Sposób obliczenia punktów kryterium parametry techniczne:

Uzyskana ilość punktów z tabeli załącznika 2B = Xpt

Ocena końcowa (ilość uzyskanych punktów) Xk= Xc+Xpt

1. Dodatkowe wyjaśnienia :

- 1) Kryteria obliczane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 2) Wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów.
- 3) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
- 4) W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty podaje cenę z zerową stawką VAT, zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego :

1. Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie podpisania umowy.
 3. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy : Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania ,uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

XVI. Dodatkowe informacje :

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 4 Zamawiający wzywa także , w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących powiązań pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie określonym w art. 24b ust. 1 ustawy.

XVII. Zmiana oferty, wycofanie oferty :

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zmiany dokonuje się przez złożenie przed upływem terminu do składania ofert oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem „ZMIANA”.
3. Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt.1, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem do właściwej reprezentacji).

XVIII. Środki ochrony prawnej :


Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania, skargi do sądu.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności :
 - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - odrzucenia oferty odwołującego,
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie :
 - 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
 - 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki :

1. „Oświadczenia, Zobowiązania, ” – załączniki nr 1, 1a, 1b, 1c do SIWZ,
2. „ Formularz ofertowy , cenowy, parametrów punktowanych, Wykaz dostaw” – załącznik nr 2, 2a, 2b,2c do SIWZ,
3. „Umowa – (projekt)” – załącznik nr 3 do SIWZ.


DIREKTOR
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu
lek. med. Piotr Kowalski

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

**“Oświadczenie nr 1 Wykonawcy”
o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia**

Imiona Nazwisko
Wypełnia Wykonawca / pełnomocnik dla Wykonawców wspólnie ubiegających się

Nazwa firmy

Adres siedziby firmy

Adres do korespondencji

Tel. kontaktowy fax e-mail

Niniejszym, zgodnie z Art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. z późn. zmianami (Dz. U. z 2013 r. nr 223 poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że podmiot który reprezentuję:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. Posiada wiedzę i doświadczenie:

1) posiadam / nie posiadam wiedzę - polegam / nie polegam na wiedzy innych podmiotów, *

2) posiadam / nie posiadam doświadczenie - polegam / nie polegam na doświadczeniu innych podmiotów,*

3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1) dysponuję / nie dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym - polegam / nie polegam na potencjale technicznym innych podmiotów , *

2) dysponuję / nie dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - polegam / nie polegam na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,*

4. Spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

1) spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej.

2) spełniam / nie spełniam warunki dot. sytuacji finansowej - polegam / nie polegam na zdolnościach finansowych innych podmiotów *

* obowiązkowo, czytelnie – skreślić odpowiednio wyrażenia : posiadam lub nie posiadam, dysponuję lub nie dysponuję, polegam lub nie polegam, spełniam lub nie spełniam

* jeżeli „spełniam / dysponuję” samodzielnie lub „polegam na..... innych podmiotów” : skreślić w każdej pozycji odpowiedni jeden warunek;

* jeżeli „spełniam / dysponuję” i jednocześnie „polegam na innych podmiotów” : pozostawić nieskreślone obydwa warunki.

UWAGA !

W przypadku wybrania /pozostawienia w którymkolwiek punkcie nieskreślonego zapisu: „polegam na innych podmiotów”/ - konieczne jest załączenie pisemnego zobowiązania, załącznik 1b do niniejszej SIWZ.

Skreślenie obydwu warunków, w którejkolwiek pozycji spowoduje nieważność oświadczenia !

_____ data

_____ czytelny podpis/ pieczęć Wykonawcy

**“Oświadczenie nr 2 – Wykonawcy/Wykonawców”
o braku podstaw do wykluczenia**

Niniejszym, na podstawie Art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. z późn. zmianami (Dz. U. z 2013 r. Nr 223 poz. 907) z późn.zm. oświadczam, że podmiot który reprezentuję:

1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1. i 2. ustawy, tzn. nie jest:
 - a) Wykonawcą, który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub został zobowiązany do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 - b) Wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 - c) Wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - d) osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - e) spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo wymienione w pkt. D;
 - f) spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo wymienione w pkt. d;
 - g) spółką komandytową oraz spółką komandytowo – akcyjną, której komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo wymienione w pkt. d;
 - h) osobą prawną, której zarządzającego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo wymienione w pkt. d;
 - i) podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 - j) Wykonawcą, który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art.31a ust.1, lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
 - k) Wykonawcą, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - l) Wykonawcą będącym osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania prac cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769)- przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
 - m) Wykonawcą będącym spółką jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub zarządzającego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania prac cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769)- przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
 - n) jednym z Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, z późn. zm), którzy złożyli odrębne oferty chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Złożoną ofertą pozostaną związany 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, z uwzględnieniem zawieszenia biegu terminu na podstawie art. 182 ust. 6.
3. Zapoznałem się z warunkami przedstawionymi w SIWZ, projekcie umowy oraz wszystkimi otrzymanymi modyfikacjami treści SIWZ i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
4. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 data

 czytelny podpis / pieczęć Wykonawcy / Wykonawców

ZOBOWIĄZANIE

Nazwa podmiotu oddającego zasoby :

Adres siedziby :

Osoba uprawniona do reprezentacji

Na podstawie art. 26 ust.2b Ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązuję się do oddania n/w

Wykonawcy :

.....
(wpisać nazwę podmiotu oraz adres)

do dyspozycji n/w zasoby:

.....
.....
.....
.....

na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pt. :dostawa sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Radom ul. Tochtermana 1, nr sprawy: RSPR- 4 PN / 2016

.....
Data i czytelny podpis oddającego do dyspozycji zasoby

Uwaga !

w przypadku kilku podmiotów oddających swoje zasoby do dyspozycji Wykonawcy, każdy z tych podmiotów musi wypełnić oddzielne zobowiązanie.

FORMULARZ OFERTOWY

Informacja Wykonawcy o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej

1. Należę do grupy kapitałowej : Tak / Nie * *niewłaściwe skreślić*
2. Jeżeli pozostawiono nieskreślone „Tak” należy wypełnić poniższą listę.
3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej :

(lista powinna zawierać co najmniej : imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu, adres oraz dane identyfikujące podmiot w grupie kapitałowej np. nr NIP)

Lista może być sporządzona w formie tabeli wg poniższego wzoru :

Lp.	Imię i Nazwisko	Pełna nazwa podmiotu	Adres	Nr NIP
1.				

.....
data i czytelny podpis osoby upoważnionej/Wykonawcy

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY - PARAMETRY TECHNICZNE

Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej obowiązujących norm polskich lub norm równoważnych w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania (jeżeli występuje)

1. <u>NOSZE PODBIERAKOWE - 2 szt</u>			
Wymagane minimalne parametry		TAK/NIE*	Parametr oferowany*
	NOSZE PODBIERAKOWE (podać markę i model, załączyć folder i deklaracje zgodności CE)	TAK	
	wyposażone w komplet min 3 szt. pasów zabezpieczających	TAK	
	łopaty wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium	TAK	
	muszą posiadać zamki z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem lub być wyposażone w dodatkowy system zabezpieczeń przed rozpięciem łopat noszy (system dodatkowych zabezpieczeń ma być opisany w załączonym folderze oraz w parametrach oferowanych)	TAK	
	muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości	TAK	
	muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście	TAK	
	muszą posiadać min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy	TAK	
	obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg (podać)	TAK	
	waga noszy max 10 kg	TAK	
	załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy .	TAK	

2. <u>DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH – 2 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH (podać markę model , załączyć folder i deklarację zgodności CE)	TAK	
Nosze typu deska, wykonana z wysokoodpornego tworzywa sztucznego , zmywalna , prześwietlarna dla promieni X w stopniu diagnostycznym , pasy zabezpieczające do deski ortopedycznej mocowane za pomocą metalowego obrotowego karabińczyka , spięcie za pomocą metalowej klamry i metalowego zamka , duże karabińczyki obrotowe na końcach pasów – min 4 szt/kpl pasów. Mocowanie pasów do deski za pomocą min. 5 uchwytów na stronę Zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego, z co najmniej dwoma pasami do mocowania głowy (podbródkowy i czołowy) oraz brakiem wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy. Całe mocowanie pokryte tworzywem wodoodpornym wielokrotnego użytku Ciężar deski poniżej 10 kg., a nośność powyżej 150 kg. Szerokość deski min. 45cm. Długość deski min 183cm. Odległość uchwytów deski od podłoża – min. 2,5 cm. Zwężenie końca dystalnego deski od strony nóg Dodatnia pływalność deski Wielkość uchwytów transportowych umożliwiające bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych Załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy	TAK	

3. <u>DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA – 2 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności CE)	TAK	
do bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona w pasy zabezpieczające, kodowane kolorem, wbudowany system do unieruchomienia głowy,	TAK	
z uchwytami do przenoszenia oraz z uchwytami do mocowania na noszach	TAK	
pokrycie deski wykonane z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, nienasiąkliwe	TAK	
dla dzieci w wieku do 10 lat o wadze do min. 40 kg,	TAK	
prześwietlalna dla promieni X,	TAK	
w pokrowcu ochronnym transportowym łatwo zmywalnym,	TAK	
Załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy	TAK	

4. <u>KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA - 1 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności CE)	TAK	
pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym	TAK	
materiał zmywalny	TAK	
wyposażona w wbudowane uchwyty transportowe (podać ilość uchwytów)	TAK	
zawierająca: - komplet pasów zabezpieczających poduszkę wypełniającą krzywizny ciała – paski stabilizujące głowę min 2 szt. – pokrowiec ochronny	TAK	
prześwietlarna dla promieni X	TAK	
wyposażona w komplet kodowanych kolorem pasów	TAK	
wyposażona w system uchwytów do przenoszenia	TAK	
obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg	TAK	
waga kamizelki do 4 kg	TAK	
załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy	TAK	

5. <u>ZESTAW DO ZABEZPIECZENIA AMPUTOWANYCH KOŃCZYN – 2 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
ZESTAW DO ZABEZPIECZENIA AMPUTOWANYCH KOŃCZYN (podać markę i model , załączyc folder wraz z danymi)	TAK	
- zestaw przeznaczony do zabezpieczenia i transportu amputowanych kończyn w wypadku amputacji urazowych w warunkach poza szpitalnych	TAK	
- umieszczony w walizce lub torbie	TAK	
- w skład zestawu wchodzi min (4) pakiety dedykowane do określonych części ciała: palec, dłoń, kończyna górna, kończyna dolna. - pakiet zabezpieczający powinien zawierać minimum: - stazę typu Martin - opaskę do tamowania krwotoków - kleszczyki anatomiczne - kleszczyki chirurgiczne - kleszczyki Pean - do oferty załączyć firmowe materiały informacyjne potwierdzające spełnienie wymagań SIWZ	TAK	

6. <u>SZYNA WYCIĄGOWA – 2 szt</u>			
Wymagane minimalne parametry		TAK/NIE*	Parametr oferowany*
	SZYNA WYCIĄGOWA (podać markę i model, załączyć folder)	TAK	
	- szyna wykonana na bazie podwójnego stelaża o dużej sztywności z regulacją długości w zakresie od min 90 cm do min 130cm , szerokość leża szyny min 20 cm , wysokość szyny od min 10 do min 20 cm , waga do max 2,5 kg , w kpl pokrowiec z tworzywa sztucznego , wyposażona w min 4 szerokie i elastyczne opaski stabilizujące oraz ręcznym mechanizmem naciągowy wraz z systemem upięcia za kostkę - załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy	TAK	

7. <u>PULSOKSYMETR PRZENOŚNY TRANSPORTOWY Z KAPNOMETREM – 2 szt</u>			
Wymagane minimalne parametry		TAK/NIE*	Parametr oferowany*
	PULSOKSYMETR PRZENOŚNY TRANSPORTOWY Z KAPNOMETREM (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności CE)	TAK	
	ze wskaźnikiem pomiaru saturacji i pulsu - zakres pomiaru saturacji od 20 do 100% - zakres pomiaru pulsu min od 20 do 300 ppm	TAK	
	ze wskaźnikiem perfuzji	TAK	
	czas pracy ciągłej min 80 minut na zasilaniu bateryjnym dla monitorowania SPO2 lub min 20 godz. SPO2 i CO2	TAK	
	z wyświetlaczem cyfrowym saturacji i pulsu	TAK	
	z czujnikami wielokrotnego użytku do pomiaru SPO2 typu klips dla dorosłych i dla dzieci	TAK	
	z pokrowcem ochronnym na pulsoksymetr wraz z akcesoriami Załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy	TAK	
	Kapnometria	TAK	
	Monitorowanie et CO ₂ dla pacjentów zaintubowanych , w kpl czujnik wielokrotnego użytku wraz z min 3 wymiennymi łącznikami	TAK	
	Zakres pomiaru EtCO ₂ min. 0- 75 mmHg	TAK	
	Z zakresem pomiaru respiracji min 2-60 oddechów / min	TAK	

8. <u>SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY - 2 szt</u>			
	Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
	SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności CE)	TAK	
	Z zasilaniem akumulatorowo-sieciowy , z wbudowanym akumulatorem , z możliwością pracy w ambulansie i poza nim. , z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu i sieci 230V po podłączeniu do ambulansu , słój wielorazowy o pojemności min. 1 L z możliwością stosowania worków jednorazowych , w kpl zestaw min 3 szt worków jednorazowych , filtr antybakteryjny, słój wyposażony w zawór antyprzelewowowy, wyposażony w płynną regulację siły ssania w zakresie do min. 800mBar (80kPa) ,z przepływem do min 20 l/min., wyposażony we wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 30 minut, wyposażony w uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu. (podać markę i model uchwytu , załączyć folder i potwierdzenie zgodności z normą PN EN 1789) waga ssaka do 4 kg; załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. i aktami wykonawczymi do ustawy	TAK	

9. <u>SSAK PRZENOŚNY MECHANICZNY- 2 szt</u>			
	Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
	SSAK PRZENOŚNY MECHANICZNY (podać markę i model, załączyć folder wraz z opisem)	Tak	
	- pojemność pojemnika na wydzielinę min. 600 ml, - wydajność ssaka min. 200 ml/5sek, - średni przepływ roboczy min. 50l/min., - podciśnienie do min. 80kPa, - możliwość uruchomienia stopą, - przystosowany do sterylizacji, - waga maksymalnie 1kg. załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. i aktami wykonawczymi do ustawy	Tak	

10. <u>RESPIRATOR REANIMACYJNO - TRANSPORTOWY - 1 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 749-3	Tak	
Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie jednego źródła zasilania np. pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów)	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
Maksymalna waga respiratora ≤ 2,5 kg	Tak	
Tryby IPPV/ CMV	Tak	
Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
Układ pacjenta z zaworem antyinhacyjnym - możliwość wentylacji biernej 100% tlenem w atmosferze skażonej	Tak	
Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej	Tak	
Zakres regulacji częstości oddechowej min. 8-40 cykli/min.	Tak	
Zakres regulacji objętości oddechowej min. 80 - 1300 ml	Tak	
Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH2O	Tak	
Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH2O	Tak	
Tryb CPAP , zintegrowany przepływomierz z zakresem regulacji przepływu min. 1-35 l/min.	Tak	
Możliwość ręcznego wyzwolenia wdechu	Tak	
Czułość wyzwalań trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O	Tak	
Min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta)	Poniżej 50% - 10 pkt. 50% i więcej – 0 pkt	
Przepływ w trybie wentylacji biernej (na żądanie) regulowany automatycznie w funkcji podciśnienia w układzie pacjenta, min. 0-100 l/min	Tak	
Manometr ciśnienia w układzie pacjenta	Tak	
Alarmy (dopuszcza się elektryczne zasilanie modułu alarmów): - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia) - stałego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego	Tak	
Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego	Tak	
Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans magnetyczny) o indukcji min. 3 Tesla	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
układ oddechowy pacjenta – min 3 szt. + min 3 szt. kpl układów oddechowych do CPAP-u	Tak	
Możliwość rozbudowy urządzenia o zestaw do manualnej wentylacji ciśnieniowej noworodków	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
Uchwyt mocujący respirator na ścianie zgodny z wymogami normy PN EN 1789	Tak	

Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: - torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w rękę, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenie torby na ramie łóżka/ noszy - butla tlenowa aluminiowa lub kompozytowa, z głowicą DIN poj zapewniającej min 400L O2 przy ciśnieniu roboczym 150atm - reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200 atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem	Tak	
Okres gwarancji min. 24 miesiące	Tak	
Załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy	Tak	

11. <u>KRZESŁO KARDIOLOGICZNE SKŁADANE- 2 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE SKŁADANE (podać markę model , załączyć folder i deklarację zgodności CE)	TAK	
składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu , z kpl. 3 pasów bezpieczeństwa elastyczne pokrycie z miękkiego tworzywa sztucznego, umożliwiające szybki demontaż/montaż do mycia i dezynfekcji 4 kółka jezdne z czego min. dwa skrętne w zakresie 360 stopni i wyposażone w hamulce , teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach na min. 2 poziomach (podać ilość ustawień wysokości), min. 2 pary składanych rączek tylnych umieszczone na różnych wysokościach waga max. 10 kg (podać wagę w kg) Obciążenie dopuszczalne pow. 150 kg (podać w kg) Załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy	TAK	

12. <u>PŁACHTA RATOWNICZA - 1 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
PŁACHTA RATOWNICZA (podać markę model , załączyć folder i deklaracje zgodności CE)	TAK	
Płachta ewakuacyjna przeznaczona do transportu i ewakuacji osób w pozycji leżącej, w ciasnych, wąskich przestrzeniach , Wykonana z wytrzymałego, łatwo zmywalnego tworzywa, nie przyjmującego krwi, brudu ani materiałów ropopochodnych , wyposażona w min. 8 uchwytów transportowych umieszczonych w obrysie płachty, udźwig powyżej 200 kg , wyposażona w specjalne zakładki z przodu i tyłu , zabezpieczające przed przesuwaniem się pacjenta w trakcie transportu w pochylm terenie lub na desce ortopedycznej, szerokość noszy min 100cm długość noszy min 200cm (podać wymiary) Załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy .	TAK	

13. <u>POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA- 1 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA, (podać markę model , załączyć folder i deklaracje zgodności CE)	TAK	
Możliwość stosowania strzykawk 5, 10, 20, 30, 50 ml. różnych producentów , automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki ,strzykawka montowana od czoła a nie od gór pompy, szybkość dozowania w zakresie min 0,1-1800 ml/h, szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h , bolus manualny i automatyczny , programowanie parametrów podaży Bolus-a z zakresie : objętość / dawka , czas lub szybkość podaży , zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji Programowane parametry podaży dawki indukcyjnejw zakresie : objętość / dawka , czas lub szybkość podaży Z klawiaturą numeryczną do wprowadzania wartości parametrów infuzji . z możliwością budpowy listy nazw leków dla min. 100 leków Regulowane progi ciśnienia okluzji na min. 5 poziomach. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. Rozbudowany system alarmów: <ul style="list-style-type: none"> • 5 min do opróżnienia strzykawki • pusta strzykawka • 5 min do końca infuzji • koniec infuzji • nieprawidłowe mocowanie strzykawki • okluzja • 30 min do rozładowania akumulatora • akumulator rozładowany • pompa uszkodzona 	TAK	

<p>Historia infuzji – min. 100 wpisów z datą i godziną zdarzenia Czas pracy z akumulatora min. 16 h przy infuzji 5ml/h Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu maks 6 h Mocowanie pompy do stacji dokujących nie wymaga odłączenia lub dołączenia uchwyty mocującego lub jakichkolwiek innych części oraz uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. Instalacja pompy w stacji dokującej: Możliwość mocowania pomp jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Z wyświetlaczem, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nazwa leku, • szybkość dozowania (dawkowanie) leku • poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progmem alarmu okluzji, • typ wybranej do infuzji strzykawki, • stan naładowania akumulatora. <p>Napisy na wyświetlaczu w języku polskim Instrukcja obsługi w języku polskim Waga do 2.5 kg Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC- uchwyt do bezpiecznego montażu pompy w ambulansie zgodny z wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania pompy i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwyty Załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy (na pompę i na uchwyt).</p>	
---	--

14. <u>DEFIBRYLATOR / monitor przenośny z funkcją transmisji danych- 2 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	Parametry wymagane	Parametr oferowany*
<u>DEFIBRYLATOR / monitor przenośny z funkcją transmisji danych</u> (podać markę model , załączyć folder i deklaracje zgodności CE)	TAK	
PARAMETRY OGÓLNE	TAK	
Defibrylator przenośny dla dorosłych i dzieci z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 6 kg z kpl akumulatorów	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55	TAK	
ZASILANIE	TAK	
Czas pracy na akumulatorze: min. 6 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z max energią	TAK	
Zasilanie defibrylatora poprzez uchwyt karetkowy zapewniający możliwość ładowania akumulatora/ów w aparacie oraz zasilanie defibrylatora	TAK	
Akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci , czas ładowania do max 4 godzin	TAK	
DEFIBRYLACJA	TAK	
Defibrylacja dwufazowa w trybie ręcznym i automatycznym , regulacja energii w zakresie min. 2-200J , dostępne min.20	TAK	

	poziomów energii zew, gotowość do defibrylacji max energią w max 7 s. , możliwość wykonania kardiowersji		
REJESTRACJA		TAK	
	Ekran kolorowy LCD o przekątnej min 6,5" , Możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych jednocześnie	TAK	
	Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych	TAK	
	Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek.	TAK	
	Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.	
	Pamięć wewnętrzna min. 800 zdarzeń i 32 zrzutów ekranowych (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne).	TAK	
EKG/ RESPIRACJA		TAK	
	Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i możliwością transmisji przez telefon komórkowy lub wbudowany modem	TAK	
	Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min	TAK	
	Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV	Tak – 0 pkt. Szerszy zakres – 10 pkt.	
STYMULACJA ZEWNĘTRZNA		TAK	
	Tryb asynchroniczny i „na żądanie”	TAK	
	Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min , prąd stymulacji w zakresie min. 10-140 mA	TAK	
PULSOKSYMETRIA			
	Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET	TAK	
	Zakres pomiaru SpO2: 1-100% i pulsu min 25-240/min	TAK	
NIBP		TAK	
	Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, zsynchronizowany pomiar RR z kablem EKG , czas pomiaru do 30 sekund, zakres pomiaru min. 30-260 mmHg	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
MONITOROWANIE RKO		TAK	
	Funkcja wspomaganie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnień klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnień.	TAK	
	Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnień klatki piersiowej oraz prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnień klatki piersiowej.	TAK	
	Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnień klatki piersiowej z zalecaną częstością.	TAK	
	Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
KAPNOMETRIA		TAK	
	Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych dorosłych i dzieci	TAK	
KOMUNIKACJA/ TRANSMISJA DANYCH		TAK	

	Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi 802.11 a/b/g/n;	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
	Komunikacja bluetooth; modem komórkowy USB	TAK	
	Transmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przez telefon komórkowy do szpitalnych systemów odbiorczych, co najmniej 5 systemów odbiorczych zainstalowanych w Polsce (podać)	TAK	
	Port USB do transferu danych do komputera PC	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.	
WYPOSAŻENIE		TAK	
	Kabel EKG 3-odprow., 1 szt.	TAK	
	Kabel EKG 12-odprow., 1 szt.	TAK	
	Kabel do stymulacji	TAK	
	Czujnik SpO2 – klips palcowy dla dorosłych 1 szt., klips palcowy dla dzieci 1 szt.	TAK	
	Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych min. 8 kpl. i dzieci min. 2 szt..	TAK	
	Mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych 1 szt. i dzieci min. 1 szt.	TAK	
	Zestaw akcesoriów do pomiaru kapnometrii dla dorosłych i dla dzieci min 1 kpl - 25 szt	TAK	
	Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do ambulansu z funkcją ładowania i zasilania po wpięciu aparatu zgodny z normą Pn EN 1789	TAK	
POZOSTAŁE			
	Okres gwarancji min. 24 miesiące	TAK	
	Załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy .	TAK	

15. URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ – 1 szt		
Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ (podać markę model , załączyć folder i deklaracje zgodności CE)	TAK	
<p>Urządzenie przenośne, przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych</p> <p>Prowadzenie ucisków za pomocą taśmy piersiowej lub mechanicznego tłoka w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym</p> <p>Parametry pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – głębokość uciśnięć: 20% głębokości klatki piersiowej dla urządzenia prowadzącego uciski za pomocą taśmy piersiowej lub min. 5 do 6 cm dla urządzenia pracującego w technologii mechanicznego tłoka, w całym zakresie masy ciała pacjenta – częstość uciśnięć min. 80 ± 5 /minutę, <p>Automatyczne lub ręczne dopasowanie urządzenia do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta</p> <p>Możliwość zamocowania urządzenia wraz z pacjentem do noszy, deski ortopedycznej, kosza ratowniczego</p> <p>Automatyczne dostosowanie siły uciśnięć do podatności klatki piersiowej niezależnie od rozmiarów klatki piersiowej pacjenta, automatyczne zatrzymanie uciśnięć w przypadku wykrycia niebezpiecznej pozycji pacjenta (przesunięcia klatki piersiowej względem elementu prowadzącego uciski)</p> <p>Zasilanie akumulatorowe, w komplecie min 3 akumulatory ze wskaźnikiem poziomu naładowania, czas pracy na kpl. akumulatorów minimum 90 minut, możliwość szybkiej wymiany akumulatora bez użycia dodatkowych narzędzi, w zestawie ładowarka akumulatorów z funkcją testowania i rekondycjonowania , w kpl zestaw min 3 akcesoriów do ucisku klatki piersiowej</p> <p>Możliwość transportu pacjenta bez przerywania pracy urządzenia przy pochyleniu do min. 45° w każdej płaszczyźnie oraz transportu na płachcie ratowniczej</p> <p>Waga urządzenia gotowego do pracy do 12 kg</p> <p>W kpl. torba transportowa z miejscem na akcesoria</p> <p>Gwarancja na oferowane urządzenie min 24 miesiące , bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku konieczności dostarczenia urządzenia do serwisu zastępcze na czas przeglądu</p> <p>Do oferty załączyć materiały informacyjne potwierdzające oferowane parametry , instrukcję obsługi producenta w języku polskim potwierdzającą oferowane parametry (<i>brak potwierdzenia parametrów w złożonych dokumentach skutkuje odrzuceniem oferty</i>) , dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy .</p>	TAK	
- automatycznie dopasowanie po aktywacji działania urządzenia bez konieczności ustawień wstępnych oraz bez jakiegokolwiek ingerencji operatora - 10 pkt, - dopasowanie z koniecznością ustawień ręcznych - 0 pkt.	TAK/NIE	
Możliwość zamocowania urządzenia wraz z pacjentem do noszy, deski ortopedycznej, kosza ratowniczego - bez przerywania pracy urządzenia - 10 pkt., - konieczność zatrzymania uciśnięć przy przekładaniu pacjenta na urządzenie transportowe - 0 pkt.	TAK/NIE	
- torba z funkcją płachty do przenoszenia – 10 pkt , - torba bez funkcji płachty do przenoszenia – 0 pkt	TAK/NIE	

16. <u>WOREK RESUSCYTACYJNY DLA DOROSŁYCH z kpl masek – 1 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
<u>WOREK RESUSCYTACYJNY DLA DOROSŁYCH z kpl masek</u> (podać markę model , załączyć folder i deklaracje zgodności CE)	TAK	
Worek samorozprężalny przeznaczony do resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla dorosłych, przeznaczony do wielorazowego użytku oraz do sterylizacji , zestaw wyposażony w worek o poj min 1500ml , z zastawką ciśnienia granicznego max 40cmH2O , rezerwuarem tlenu o poj min 1300ml , obrotowym zaworem pacjenta umożliwiającym obrót maski w zakresie 360 stopni , przewodem zasilającym w tlen o dł min 2 m. W kpl zestaw masek twarzowych silikonowych z fartuchem uszczelniającym w roz 5 ,4 ,3 Załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy .	TAK	

17. <u>WOREK RESUSCYTACYJNY DLA DZIECI z kpl masek – 1 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
<u>WOREK RESUSCYTACYJNY DLA DZIECI z kpl masek</u> (podać markę model , załączyć folder i deklaracje zgodności CE)	TAK	
Worek samorozprężalny przeznaczony do resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla dzieci, przeznaczony do wielorazowego użytku oraz do sterylizacji , zestaw wyposażony w worek o poj min 550ml , z zastawką ciśnienia granicznego max 40cmH2O , rezerwuarem tlenu o poj min 350ml , obrotowym zaworem pacjenta umożliwiającym obrót maski w zakresie 360 stopni , przewodem zasilającym w tlen o dł min 2 m. W kpl zestaw masek twarzowych silikonowych z fartuchem uszczelniającym w roz 3 ,2 ,1 Załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy .	TAK	

18. <u>ZESTAW TLENOWY – 1 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
ZESTAW TLENOWY – 1 szt (podać markę model , załączyć folder)	TAK	

	<p>Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji:</p> <ul style="list-style-type: none">- umożliwiający transport zestawu w rękę, na ramieniu lub na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenie na ramie noszy- butla tlenowa aluminiowa lub kompozytowa o poj. min 400 L O₂ przy ciśnieniu 150atm.- reduktor tlenowy z gniazdem typu AGA (szybkozłącze) i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, przepływ z gniazda typu AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem <p>Załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.i aktami wykonawczymi do ustawy .</p>	TAK	
--	--	-----	--

Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest fabrycznie nowy , kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

.....
miejsowość, data

.....
pieczęć i podpis czytelną osoby upoważnionej/Wykonawcy

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

FORMULARZ CENOWY

Sprzętu medycznego o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ.
Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Wartość netto (bez VAT PLN)	Podatek VAT		Cena brutto (z podatkiem VAT)
				Stawka	Kwota	
1.	Nosze podbierakowe	2				
2.	Deska ortopedyczna dla dorosłych	2				
3.	Deska ortopedyczna pediatryczna	2				
4.	Kamizelka ortopedyczna	1				
5.	Zestaw do zabezpieczenia amputowanych kończyn	2				
6.	Szyna wyciągowa	2				
7.	Pulsoksymetr przenośny transportowy z kapnometrem	2				
8.	Ssak akumulatorowo - sieciowy	2				
9.	Ssak przenośny mechaniczny	2				
10.	Respirator reanimacyjno -transportowy	1				
11.	Krzeselko kardiologiczne składane	2				
12.	Płachta ratownicza	1				
13.	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	1				
14.	Defibrylator /monitor przenośny z funkcją transmisji danych/	2				
15.	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	1				
16.	Worek resuscytacyjny dla dorosłych z kpl masek	1				
17.	Worek resuscytacyjny dla dzieci z kpl masek	1				
18.	Przenośny zestaw tlenowy	1				
	RAZEM:					

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

.....
(miejsowość i data)

.....
(pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej/ Wykonawcy)

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

FORMULARZ PARAMETRÓW PUNKTOWANYCH

Parametr punktowany	Punktacja	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie jednego źródła zasilania np. pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów) - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt		
Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt		
Min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) - dotyczy respiratora	Poniżej 50% - 10pkt 50% i więcej – 0 pkt		
Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans magnetyczny) o indukcji min. 3 Tesla - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt		
Możliwość rozbudowy urządzenia o zestaw do manualnej wentylacji ciśnieniowej noworodków - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt		
Defibrylator przenośny dla dorosłych i dzieci z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 6 kg z kpl akumulatorów - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.		
Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.		
Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV - dotyczy defibrylatora	Tak – 0 pkt. Szerszy zakres – 10 pkt.		
Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankieta, zsynchronizowany pomiar RR z kablem EKG , czas pomiaru do 30 sekund, zakres pomiaru min. 30-260 mmHg - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.		
Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.		
Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi 802.11 a/b/g/n; - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.		
Port USB do transferu danych do komputera PC - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.		
- automatycznie dopasowanie po aktywacji działania urządzenia bez konieczności ustawień wstępnych oraz bez jakiegokolwiek ingerencji operatora - 10 pkt, - dopasowanie z koniecznością ustawień ręcznych - 0 pkt. - dotyczy urządzenia do kompresji klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.		
Możliwość zamocowania urządzenia wraz z pacjentem do noszy, deski ortopedycznej, kosza ratowniczego - bez przerywania pracy urządzenia - 10 pkt., - konieczność zatrzymania uciśnień przy przekładaniu pacjenta na urządzenia transportowe - 0 pkt. - dotyczy urządzenia do kompresji klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt		

- torba z funkcją płachty do przenoszenia – 10 pkt , - torba bez funkcji płachty do przenoszenia – 0 pkt - dotyczy urządzenia do kompresji klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.		
Łączna max suma punktów	150 pkt		

* wypełnia Wykonawca

.....
(data i czytelny podpis Wykonawcy/Oferenta)

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Oświadczam/y, że Wykonawca wykonał (wykonuje) następujące dostawy:

Lp.	Przedmiot dostawy	Data wykonania / wykonywania dostawy	Wartość dostawy (... zł brutto)	Odbiorca (nazwa i adres Zamawiającego)

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw mogą być np. referencje, rekomendacje, listy polecające, opinie itp.

Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż dotyczą one przedstawionych w wykazie dostaw.

.....
data i czytelny podpis osoby upoważnionej/Wykonawcy

Umowa Nr /PROJEKT/

zawarta w dniu r. pomiędzy Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000096809 , posiadającym numer identyfikacyjny NIP 9481668643, Regon 670206286 reprezentowaną przez:

- Dyrektora - lek. med. Piotra Kowalskiego
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym ”,
zwanym Zamawiającym

a.....
reprezentowanym przez:
zwanym Wykonawcą

§ 1

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.2164) o następującej treści:

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy model , wyprodukowanych w roku(nie wcześniej niż w 2015r.), o parametrach technicznych określonych w załączniku do niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przedmiotu umowy do dostarczenia n/w dokumentów:
 - a) instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim,
 - b) karty gwarancyjnej
 - c) paszportu technicznego
2. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji.
3. Przedmiot umowy będzie dostarczony środkiem transportu Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia
4. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić czy dostawa jest zgodna z zamówieniem.
5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
6. Termin wykonania umowy do dnia

§ 4

1. Upoważnionymi pracownikami ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są :
.....
2. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest :
.....

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji na całość przedmiotu umowy na okres.....(min 24) miesiące od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2. Koszty obsługi serwisowej , napraw gwarancyjnych , dojazdów do Zamawiającego lub przesyłki uszkodzonego sprzętu do i po naprawie do Zamawiającego w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
3. Czynności gwarancyjne i pogwarancyjne realizować będzie (adres, tel., fax., e-mail):

4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji : do 3 dni od zgłoszenia awarii telefonicznie, faxem lub pocztą e-mail.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od zgłoszenia zgodnie z zapisem ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku naprawy wynoszącej powyżej 7 dni Wykonawca dostarczy na własny koszt urządzenie zastępcze, równoważne z przedmiotem umowy, a Zamawiający odstąpi w takim wypadku od naliczania kary umownej .
6. Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd techniczny w ramach gwarancji, w 12-tym i 24 miesiącu eksploatacji - licząc od daty dostawy.

§ 6

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT o przyznanym numerze NIP i upoważnia do wystawienia faktury bez swojego podpisu.
2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru dostarczonego sprzętu.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę (z podatkiem VAT) w wysokości : PLN (słownie:) płatną w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury po protokolarnym odbiorze.

§ 7

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne z następujących tytułów:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 3.niniejszej umowy karę w wysokości 0,5 % za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w naprawach w okresie gwarancji ponad terminy określone w § 5 ust.4 i ust.5 karę w wysokości 0,5% za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
 - c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę w wysokości 10% ceny (zawierającej podatek VAT) przedmiotu umowy.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Istotne zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art.144 ust.1 Prawa zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z następujących okoliczności :
 - 1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy w tym zmian podatku VAT i cen urzędowych;
 - 2) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub

- zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie;
- 3) oczywistych omyłek pisarskich w treści niniejszej umowy.
 - 4) zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego z przyczyn wynikających z wystąpienia siły wyższej.

§ 11

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać wszelkich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany strony umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2011, nr 112, poz. 654). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

§ 12

1. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz.2164) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, 2281, Dz.U. z 2016r. poz. 195) i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w informatycznej bazie danych Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z tą ustawą.
3. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 21,1224, 2281)) i zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał, ujawniał, rozpowszechniał wszelkich informacji, materiałów, danych, jakie uzyskał w trakcie wykonywania niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 14

Nierozłączną część umowy stanowią załączniki niżej wymienione:

1. Formularz ofertowy – wszystkie strony

Wykonawca:

Zamawiający: