



Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
26-600 Radom, ul. Tochtermana 1
www.pogotowie.radom.pl
tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286

Nr sprawy: RSPR – 3 PN/ 2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę sprzętu medycznego
dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 2164.)

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI
KWOTY 209 000 Euro.

KOD CPV : 33.10.00.00-1 - urządzenia medyczne

Kod CPV: 33.10.00.00-1

Radom, 4 sierpień 2017 r.

I. Zamawiający:

Nazwa Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,
Adres: ul. Tochtermana 1,
26 – 600 Radom,
tel./fax. (48) 362–48–47,
adres e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl
strona internetowa: www.pogotowie.radom.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości nie przekraczającej wartości 209 000 euro (Dz.U. z 2015r. poz.2263)

Podstawa prawna : art. 10 ust. 1 , zgodnie z art. 39-46 ustawy P.z.p o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami – tekst jednolity)

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w asortymencie wymienionym poniżej:

- nosze podbierakowe - 2 szt.
- deska ortopedyczna dla dorosłych - 1 szt.
- deska ortopedyczna pediatryczna – 1 szt.
- zestaw do zabezpieczenia amputowanych kończyn - 2 szt.
- szyna wyciągowa – 2 szt.
- pulsoksymetr przenośny transportowy z kapnometrem – 2 szt.
- ssak akumulatorowo-sieciowy – 2 szt.
- ssak przenośny mechaniczny-2 szt.
- respirator reanimacyjno-transportowy – 1 szt.
- krzeselko kardiologiczne składane – 2 szt.
- pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 2 szt.
- defibrylator / monitor przenośny z funkcją transmisji danych – 2 szt.
- urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 2 szt.

o parametrach wymagalnych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Kody Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 33.10.00.00-1.
- sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia CPV 33.19.26.00-8
- nosze CPV - 33.19.21.60-1
- respirator ratowniczo- transportowy CPV - 44.61.12.00-8
- nosze podbierakowe CPV - 33.19.21.60-1
- deska ortopedyczna / z kpl. pasów + stabilizator głowy / CPV - 33.19.21.60-1

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia dynamicznego systemu zakupów.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji: max 7 dni od daty podpisania umowy.

V. Warunki przystąpienia do postępowania:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia określone w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp,
- 5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b ustawy Pzp).

5.2 Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dla części 1 i 2 zamówienia dotyczących:

5.2.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku udziału

5.2.2 Wymagań w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawców:

Zamawiający nie określa warunku udziału

5.2.3 Wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców:

Zamawiający nie określa warunku udziału

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp

6.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

6.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.4. Zamawiający zawsze wykluczy Wykonawcę, jeśli zajdzie, któraś z przesłanek opisana w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tj.:

6.4.1 w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

6.4.2 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- 6.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- 7.1 Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2 Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

7.2.1 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

7.2.2. Brak podstaw do wykluczenia:

7.2.2.1. W stosunku do ww. wymagania Wykonawca dołącza do oferty:

- 7.3 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (również, o której mowa w rozdziale XIII pkt 13.8.), przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WYMIENIONE OŚWIADCZENIE ZOSTANIE UDOSTĘPNIONE NA STRONIE BIP ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z INFORMACJĄ Z OTWARCIA OFERT.

- 7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa rozdziale VI., tj:

7.4.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- 7.4.2 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- 7.4.3 aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
- 7.4.4 Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
- 7.4.5 aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających wymagane parametry,
- 7.4.6 dokument dopuszczający wyroby medyczne do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.),

7.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

- 7.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 - 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 - 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

7.5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego realizacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

7.5.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. poz. 352).

7.7.1. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowym i ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

7.7.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

7.9. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

7.9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

7.9.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, o ile są mu znani.

7.10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

7.10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.10.2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:

- wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
- ustanowionego pełnomocnika (lidera) oraz zakres jego umocowania, a także
- oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

7.10.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.

7.10.4. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (oryginał tego pisma). Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik/ lider.

7.10.5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

7.10.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełnione oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.2.2.1. ppkt a) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.

- 8.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
- 8.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca) lub środkami komunikacji elektronicznej:
- za pomocą faksu (48) 362-48-47, lub
- e-mailem: pogotowie@pogotowie.radom.pl.
- Forma przekazania dokumentów za pośrednictwem komunikacji elektronicznej – faksu/emails nie dotyczy oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, co, do których ustawa Pzp. wymaga złożenia w oryginale.
- 8.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszystkich zawiadomień, wezwań i informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 8.5 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środkami komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
- 8.6 We wszystkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
- 8.7 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
- 8.8 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
- 8.9 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma/odpowiedzi, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.10 Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, nie przywraca on nowego biegu terminu składania wniosków i zapytań do SIWZ.

- 8.11 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każdą zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 8.12 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zamiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert zgodnie z art. 12a. ust. 2 Pzp. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania (wykonawcy i zamawiającego) będą podlegały nowym terminom z zastrzeżeniem składania zapytań i ustawowego obowiązku udzielania na nie odpowiedzi przez zamawiającego.
- 8.13 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert. Informację zamieszcza informację na stronie internetowej.
- 8.14 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 8.15 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 8.16 Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
- 8.16. 1. W zakresie proceduralnym oraz merytorycznym przedmiotu zamówienia osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- lek. med. Piotr Kowalski – Dyrektor RSPR
- 8.17. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
- Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1,
26-600 Radom

IX. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

X. Informacje dotyczące zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

XI. Termin związania ofertą:

- 11.1 Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- 11.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.3 W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 11.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

- 12.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem, jako sprzeczne z przepisami ustawy Pzp (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
- 12.2 Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ.
- 12.3 Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 12.4 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
- 12.5 Oferta musi być przygotowana na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwale ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.
- 12.6 Do formularza oferty dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ oraz formularz asortymentowo cenowy na daną część zamówienia, której dotyczy oferta. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę.
- 12.7 Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.

- 12.8 Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
- 12.9 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane (z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty).
- 12.10 Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
- 12.11 Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania:
- 12.11.1 oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika
 - do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa;
 - 12.11.2.sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej opisano w rozdziale VII SIWZ;
 - 12.11.3 przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
 - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
 - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękjmi lub gwarancji,
 - zobowiązania do solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie.
 - 12.11.4 wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez pełnomocnika/ lidera. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika/ lidera;
- 12.12 Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3).
- Wykonawca zastrzeżoną część oferty powinien oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTEPNIAĆ oraz dołączyć pisemne UZASADNIENIE objęcia informacji klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa.**
- 12.13 Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 12.14 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 12.15 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.

- 12.16 Oferty składane za pomocą operatora pocztowego powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie w sekretariacie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
- 12.17 Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć) i zaadresowane jak poniżej:

*Postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu medycznego
dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
nie otwierać przed dniem 14.08.2017 r.*

- 12.18 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 12.19 Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio „ZMIANA OFERTY: albo „WYCOFANIE OFERTY”.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- 13.1 Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w siedzibie Zamawiającego, tj. Radom, ul. Tochtermana 1 w Sekretariacie **w terminie do 14.08.2017 r. do godziny 11:00**
- 13.2 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Radomiu przy ul.Tochtermana 1, w pokoju 213 w dniu **14.08.2017 r. o godz. 11:15**
- 13.3 Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.
- 13.4 Ofertę złożoną po terminie - zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 13.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia.
- 13.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.7 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert, która zawiera informacje dotyczące:

13.8.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

13.8.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

13.8.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.9 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawiać oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny oraz kryterium oceny ofert:

14.1 Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania zamówienia.

14.2 Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (Dz. U. nr 95 poz. 798 z późn. zm.).

14.3 Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu ofertowym wartość netto (bez VAT), cenę brutto (z VAT) oraz kwotę podatku VAT.

14.4 Informacje dotyczące walut obcych: rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

14.5 Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60
2	Parametry techniczne	40

1) X_c = cena – 60 %

2) X_{pt} = parametry techniczne - 40 %

Kryterium nr 1 :

Punkty w kryterium „cena (X_c)” zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

$$X_c = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

Kryterium nr 2 :

Punkty w kryterium parametry techniczne zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

$$\frac{\text{Ilość pkt przyznana badanej ofercie}}{\text{wg Załącznika nr 2b do SIWZ (Formularz parametrów punktowanych)}}$$

$$X_{pt} = \frac{\text{Max ilość pkt spośród ocenianych ofert}}{\text{wg Załącznika nr 2b do SIWZ (Formularz parametrów punktowanych)}} \times 100 \times 40\%$$

Parametr punktowany	Punktacja
Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV lub CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt
Min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O ₂ deklarowaną w materiałach technicznych producenta) - dotyczy respiratora	Poniżej 50% - 10pkt 50% i więcej – 0 pkt
Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans magnetyczny) o indukcji min. 3 Tesla - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Wyposażony w dodatkowy zestaw do manualnej wentylacji ciśnieniowej noworodków - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt
Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie –0 pkt.
Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/Mv - dotyczy defibrylatora	Tak – 0 pkt. Szerszy zakres – 10 pkt.
Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, zsynchronizowany pomiar RR z kablem EKG - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnień klatki piersiowej oraz prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnień klatki piersiowej – dot. defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi - dotyczy defibrylatora	Tak – 10pkt. Nie – 0 pkt.
Port USB do transferu danych do komputera PC - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie–0 pkt.
- torba z funkcją płachty do przenoszenia - dotyczy urządzenia do kompresji klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Łączna max suma punktów	120 pkt

Ocena końcowa oferty (X_k) to najwyższa suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów:

$$X_k = X_c + X_{pt}$$

Dodatkowe wyjaśnienia:

- Kryteria obliczane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów.
- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
- W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

14.6 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, zostały określone we wzorze Umowy.

14.7 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

14.8 Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

14.8.1 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności zamawianych produktów wykonawcy, kosztu zakupu, kosztów pracy, koszty magazynowania, koszty transportu, kosztu wynagrodzenia pracowników, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.);

14.8.2 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów jeżeli taka wykonawca otrzymał;

14.8.3 wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

14.8.4 wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

14.8.5 powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

14.9 W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od:

14.9.1 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 14.8, chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

14.9.2 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 14.8.

14.10 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

14.11 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.12 Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego pisemnie w ofercie, czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

15.1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

15.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

15.1.2 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

15.1.3 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty; lub

15.1.4 unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie prawne i faktyczne.

15.2 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej.

15.3 Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż:

15.3.1 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

15.3.2 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób niż określone w pkt 1.

15.4 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 15.3, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

15.5. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu udzielenia zamówienia, czyli zawarcia umowy.

- 15.6 Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze niezwłocznie, nie później niż do 7 dni, Zamawiającemu.
- 15.7 Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy P.z.p.
- 15.8 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 15.9 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:
- 15.9.1 Złożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w której Wykonawcy wskażą Pełnomocnika/ lidera uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami – w przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 15.9.2 o ile będą już mu znani: Przedstawić nazwy (firmy) podwykonawców, adresy oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni w obrocie prawnym, a także wskazać sposób reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, który podwykonawca będzie realizował – jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana wskazał w ofercie, że część zamówienia powierzy podwykonawcom

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawców, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

- 17.1 Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała zapisy podane we Wzorze umowy stanowiący załącznik do SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty.
- 17.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:
- 17.2.1. Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,

17.3 Możliwość oraz przewidywane zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zostały określone w projekcie umowy (§ 8 wzoru umowy), które stanowią integralną część SIWZ to jest:

- 17.3.1 ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
- 17.3.2 wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
- 17.3.3 nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa nie uleganie zmianie w zakresie wysokości ceny netto.
- 17.3.4 zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- 17.3.5 zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry lub lepsze, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, a wykonawca wykaże podstawy do takiej zmiany;
- 17.3.6 zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, a wykonawca wykaże podstawy braku możliwości przewidywalności;
- 17.3.7 Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

17.4. Zakazuje się dokonywania zmian stanowiących udzielenie nowego zamówienia, jeżeli charakteryzują się one cechami w sposób istotny odbiegającymi od postanowień pierwotnego zamówienia i w związku z tym mogą wskazywać na wolę ponownego negocjowania przez strony podstawowych ustaleń tego zamówienia. Zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni. Zakazuje się zmian istotnych, o których mowa w art. 144 ust. 1e.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- 18.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp..
- 18.2 Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp..
- 18.3 W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- 18.3.1 określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 18.3.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 18.3.3 odrzucenia oferty odwołującego;
 - 18.3.4 opisu przedmiotu zamówienia;
 - 18.3.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 18.4 Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy PZP.
- 18.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 18.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- 18.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 18.8 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
- 18.9 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
- 18.10 Na podst. art. 181 ust. 1 ustawy Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2.

18.11 Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań określa dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp. zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

XIX. Informacja o podziale zamówienia na części oraz określenie zakresu i przedmiotu tych części. możliwości zawarcia umowy ramowej, zamówienia uzupełniającego, ofert wariantowych, aukcji elektronicznych:

Zamawiający nie będzie dzielił zamówienia na części

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w prowadzonym postępowaniu o zamówienia publiczne.

XX. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot:

20.1 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.

20.2 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXI. Informacja dotycząca wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i art. 29 ust. 4 ustawy Pzp:

21.1 Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań stawianych art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

21.2 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymagałby przy realizacji zamówienia publicznego uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp., tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

XXII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp:

22.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

22.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienie.

22.2.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) tej części (zakresu) zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, przy czym Wykonawca będzie odpowiadał za działania podwykonawcy jak za własne. Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy.

XXIII. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

XXIV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp.

XXV. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp.

XXVI. Postanowienia końcowe:

26.1 Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1128.

26.2 Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin urzędowania:

26.2.1 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

26.2.2 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty.

Załączniki:

Formularz ofertowy-Parametry techniczne - załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz cenowy – załącznik nr 2a do SIWZ

Formularz parametrów punktowanych – załącznik nr 2b do SIWZ


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ

04.08.2017 r.

.....
data


DIREKTOR
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu
lek. med. Piotr Kowalski

.....
podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY - PARAMETRY TECHNICZNE

Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnie obowiązującej polskiej normy PN EN 1865-1 lub równoważnej w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania (jeżeli występuje)

1. <u>Nosze podbierakowe - 2 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	Potwierdzenie*	Parametr oferowany*
(podać markę i model, załączyć folder)	Tak / Nie*	
wyposażone w komplet min 3 szt. pasów zabezpieczających	Tak / Nie*	
łopaty noszy wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium	Tak / Nie*	
Wyposażone w zamki spinające łopaty z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem łopat lub powinny być wyposażone w dodatkowy system zabezpieczeń przed rozpięciem łopat noszy (system dodatkowych zabezpieczeń ma być opisany w instrukcji obsługi oraz w załączonym folderze)	Tak / Nie*	
muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości	Tak / Nie*	
muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście	Tak / Nie*	
muszą min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy	Tak / Nie*	
obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg (podać)	Tak / Nie*	
waga noszy do 10 kg	Tak / Nie*	
Zgodne z normą PN EN 1865-1	Tak / Nie*	

<p>załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy .</p>	<p>Tak / Nie*</p>	
---	-------------------	--

<p>1. <u>Deska ortopedyczna dla dorosłych – 1 szt</u></p>		
<p>Wymagane minimalne parametry</p>	<p>Potwierdzenie *</p>	<p>Parametr oferowany*</p>
<p>(podać markę model , załączyć folder)</p>	<p>Tak / Nie*</p>	
<p>Nosze typu deska, wykonana z wysokoodpornego tworzywa sztucznego , zmywalna , prześwieclarna dla promieni X w stopniu diagnostycznym , płaska gładka powierzchnia leża nie przyjmująca krwi i brudu, przystosowana do dezynfekcji , pasy zabezpieczające do deski ortopedycznej mocowane za pomocą metalowego obrotowego karabińczyka , spięcie pasów za pomocą metalowej klamry i metalowego zamka , duże karabińczyki obrotowe na końcach pasów – min 4 szt/kpl pasów. Mocowanie pasów do deski za pomocą min. 5 uchwytów na dłuższej stronie deski Zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, z możliwością zmiany punktu mocowania pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu uszkodzonego, z co najmniej dwoma pasami do stabilizacji głowy (podbródkowy i czołowy) oraz brakiem wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy. Całe mocowanie pokryte tworzywem wodoodpornym Ciężar deski z kpl z pasów (4 szt) i unieruchomieniem głowy poniżej 10 kg., obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg. Szerokość deski min. 45cm.</p>	<p>Tak / Nie*</p>	

<p>Długość deski min 183cm. Odległość uchwytów deski od podłoża – min. 2,5 cm. Zwężenie końca dystalnego deski od strony nóg ułatwiające manewrowość w ciasnych przestrzeniach Dodatnia pływalność deski Min 16 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski umożliwiających bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych , deska zgodna z normą PN EN 1865-1 - załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy</p>		
---	--	--

2. Deska ortopedyczna pediatryczna – 1 szt

Wymagane minimalne parametry	Potwierdzenie *	Parametr oferowany*
(podać markę i model, załączyć folder)	Tak / Nie*	
do bezpiecznej stabilizacji kręgosłupa i bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona we wbudowane pasy zabezpieczające kodowane kolorem oraz wbudowany system do unieruchomienia głowy,	Tak / Nie*	
z wbudowanymi min 4 uchwytami do przenoszenia oraz z wbudowanymi uchwytami do mocowania na noszach	Tak / Nie*	
pokrycie deski wykonane z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego, nienasiąkliwe , przystosowane do dezynfekcji	Tak / Nie*	
przeznaczona dla dzieci w wieku do 10 lat i o wadze do min. 40 kg,	Tak / Nie*	
prześwietlalna dla promieni X w stopniu umożliwiającym pełną diagnostykę RTG	Tak / Nie*	
w pokrowcu ochronnym transportowym łatwo zmywalnym,	Tak / Nie*	

<p>- załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy</p>	<p>Tak / Nie*</p>	
---	-------------------	--

3. Zestaw do zabezpieczenia amputowanych kończyn – 2 szt

Wymagane minimalne parametry	Potwierdzenie *	Parametr oferowany*
<p>podać markę i model , załączyc folder wraz z danymi</p>	<p>Tak / Nie*</p>	
<p>- zestaw przeznaczony do zabezpieczenia i transportu amputowanych kończyn w wypadku amputacji urazowych w warunkach poza szpitalnych</p>	<p>Tak / Nie*</p>	
<p>- umieszczony w walizce lub torbie</p>	<p>Tak / Nie*</p>	
<p>- w skład zestawu powinny wchodzić min (4) pakiety dedykowane do określonych części ciała: palec, dłoń, kończyna górna, kończyna dolna. - pakiet zabezpieczający powinien zawierać minimum: - stazę typu Martin - opaskę do tamowania krwotoków - kleszczyki anatomiczne - kleszczyki chirurgiczne - kleszczyki Pean</p>	<p>Tak / Nie*</p>	

4. Szyna Wyciągowa – 2 szt

Wymagane minimalne parametry	Potwierdzenie *	Parametr oferowany*
<p>podać markę i model, załączyć folder</p>	<p>Tak / Nie*</p>	
<p>- szyna wykonana na bazie podwójnego stelaża o dużej sztywności z regulacją długości w zakresie od min 90 cm do min 130cm , szerokość leża szyny min 20 cm , wysokość szyny od min 10 do min 20 cm , waga do max 2,5 kg, w kpl pokrowiec</p>	<p>Tak / Nie*</p>	

<p>z tworzywa sztucznego, wyposażona w min 4 szerokie i elastyczne opaski stabilizujące oraz ręcznym mechanizmem naciągowy wraz z systemem upięcia za kostkę</p> <p>- załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy</p>		
--	--	--

5. Pulsoksymetr przenośny z kapnometrem – 2 szt

Wymagane minimalne parametry	Potwierdzenie *	Parametr oferowany*
podać markę i model, załączyć folder	Tak / Nie*	
ze wskaźnikiem pomiaru saturacji i pulsu - zakres pomiaru saturacji od 20 do 100% - zakres pomiaru pulsu min od 20 do 300 ppm	Tak / Nie*	
ze wskaźnikiem perfuzji	Tak / Nie*	
czas pracy ciągłej min 80 godzin na zasilaniu bateryjnym dla monitorowania SPO2 lub min 20 godz. SPO2 i CO2	Tak / Nie*	
z wyświetlaczem cyfrowym saturacji i pulsu	Tak / Nie*	
z czujnikami wielokrotnego użytku do pomiaru SPO2 typu klips dla dorosłych i dla dzieci	Tak / Nie*	
z pokrowcem ochronnym na pulsoksymetr wraz z akcesoriami	Tak / Nie*	
Kapnometria	Tak / Nie*	
Monitorowanie et CO ₂ dla pacjentów zaintubowanych , w kpl czujnik wielokrotnego użytku wraz z min 3 wymiennymi łącznikami	Tak / Nie*	
Zakres pomiaru EtCO ₂ min. 0-75 mmHg	Tak / Nie*	
Za zakres pomiaru respiracji min 2-60 oddechów /min	Tak / Nie*	
- załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia	Tak / Nie*	

20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy		
---	--	--

6. <u>Ssak akumulatorowo-sieciowy - 2 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	Potwierdzenie *	Parametr oferowany*
(podać markę i model, załączyć folder)	Tak / Nie*	
<p>z zasilaniem akumulatorowo-sieciowym, z wbudowanym akumulatorem, z możliwością pracy w ambulansie i poza nim, z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu i sieci 230V, słój wielorazowy o pojemności min. 1 L z możliwością stosowania worków jednorazowych, w kpl zestaw min 3 szt worków jednorazowych , filtr antybakteryjny, słój wyposażony w zawór antyprzelewowy, wyposażony w płynną regulację siły ssania w zakresie do min. 800mBar (80kPa) ,z przepływem powyżej 20 l/min., wyposażony we wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 30 minut, wyposażony w uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu.</p> <p>(podać markę i model uchwytu , załączyć folder i potwierdzenie zgodności z normą PN EN 1789)</p> <p>, waga ssaka do 4 kg; - załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy</p>	Tak / Nie*	

7. <u>Ssak przenośny mechaniczny – 2 szt</u>			
Wymagane minimalne parametry		Potwierdzenie *	Parametr oferowany*
	podać markę i model, załączyć folder z opisem	Tak / Nie*	
	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność pojemnika na wydzielinę min. 600 ml, - wydajność ssaka min. 200 ml/5sek, - średni przepływ roboczy min. 50l/min., - podciśnienie do min. 80kPa, - możliwość uruchomienia stopą, - przystosowany do sterylizacji, - waga maksymalnie 1kg. - załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy 	Tak / Nie*	

8. <u>Respirator reanimacyjno-transportowy - 1 szt</u>			
Wymagane minimalne parametry		Potwierdzenie *	Parametr oferowany*
	podać markę i model, załączyć folder z opisem	Tak / Nie*	
2	Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie z jednego źródła zasilania tj pneumatycznego, z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów)	Tak / Nie*.	
3	Maksymalna waga respiratora $\leq 2,5$ kg	Tak / Nie*	
4	Tryb wentylacji IPPV lub CMV	Tak / Nie*	
5	Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV lub CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
7	Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej	Tak / Nie*	
8	Zakres regulacji częstości oddechowej min. 8-40 cykli/min.	Tak / Nie*	

9	Zakres regulacji objętości oddechowej min. 80 - 1300 ml	Tak / Nie*	
10	Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH ₂ O	Tak / Nie*	
11	Zintegrowana z respiratorem zastawka PEEP z zakresem regulacji min 0-20 cmH ₂ O	Tak / Nie*	
12	Tryb wentylacji CPAP z zakresem regulacji do max 15cmH ₂ O , zintegrowany z respiratorem przepływomierz z zakresem regulacji przepływu min. 1-30 l/min.	Tak / Nie*	
13	Możliwość ręcznego wyzwolenia wdechu	Tak / Nie*	
14	Czułość wyzwolenia trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH ₂ O	Tak / Nie*	
15	Min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV, 100 i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O ₂ deklarowaną w materiałach technicznych producenta)	Poniżej 50% - 10 pkt. 50% i więcej – 0 pkt	
16	Przepływ w trybie wentylacji biernej (na żądanie) regulowany automatycznie w zakresie od 0 do 100L/min w funkcji podciśnienia w układzie pacjenta,	Tak / Nie*	
17	Monitorowanie ciśnienia w układzie pacjenta wbudowane w respirator	Tak / Nie*	
18	Alarmy (dopuszcza się elektryczne zasilanie modułu alarmów): - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia) - stałego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego	Tak / Nie*	
19	Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego	Tak / Nie*	
20	Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans magnetyczny) o indukcji min. 3 Tesla	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
21	układ oddechowy pacjenta – min 3 szt. + min 3 szt. kpl układów oddechowych do CPAP-u	Tak / Nie*	
22	Wyposażony w dodatkowy o zestaw do manualnej wentylacji ciśnieniowej noworodków	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
23	Uchwyt mocujący respirator na ścianie	Tak / Nie*	

	zgodny z wymogami normy PN EN 1789		
24	Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: - torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w rękę, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenie torby na ramie łóżka/ noszy - butla tlenowa aluminiowa lub kompozytowa, z głowicą DIN o poj. zapewniającej min 400L O2 przy ciśnieniu roboczym 150atm - reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200 atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem	Tak / Nie*	
25	Okres gwarancji min. 24 miesiące	Tak / Nie*	
27	- załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy	Tak / Nie*	

9. Krzeselko kardiologiczne składane - 2 szt

Wymagane minimalne parametry	Potwierdzenie *	Parametr oferowany*
Krzeselko kardiologiczne (podać markę model , załączyć folder)	Tak / Nie*	
składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu , z kpl. 3 pasów bezpieczeństwa , elastyczne pokrycie z miękkiego tworzywa sztucznego umożliwiające szybki demontaż/montaż do mycia i dezynfekcji , 4 kółka jezdne z czego min. dwa skrętne w zakresie 360 stopni i wyposażone w hamulce , teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach na min. 2 poziomach (podać ilość ustawień	Tak / Nie*	

<p>wysokości), min. 2 pary składanych rączek tylnych umieszczone na różnych wysokościach , waga max. 10 kg (podać wagę w kg) , obciążenie dopuszczalne pow. 150 kg (podać w kg) - załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy</p>		
---	--	--

10. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa - 2 szt

Wymagane minimalne parametry	Potwierdzenie *	Parametr oferowany*
(podać markę model , załączyć folder)	Tak / Nie*	
<p>Możliwość stosowania strzykawek 5, 10, 20 , 50 ml. różnych producentów, automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki ,strzykawka montowana od czoła a nie od gór pompy, szybkość dozowania w zakresie min 0,1-1800 ml/h, szybkość dozowania bolus-a do 2000 ml/h, bolus manualny i automatyczny, programowanie parametrów podaży Bolus-a w zakresie : objętość / dawka , czas lub szybkość podaży , zmiana parametrów bolus-a bez wstrzymywania infuzji. Z klawiaturą numeryczną do wprowadzania wartości parametrów infuzji . Z możliwością budowy listy nazw leków dla min. 100 leków. Regulowane progi ciśnienia okluzji na min. 5 poziomach. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. Rozbudowany system alarmów .Historia infuzji – min. 100 wpisów z datą i godziną zdarzenia. Czas pracy z akumulatora min. 16 h przy</p>	Tak / Nie*	

<p>infuzji 5ml/h. Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu maks 6 h.</p> <p>Instalacja pompy w stacji dokującej.</p> <p>Możliwość mocowania pomp jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej. Z wyświetlaczem, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: nazwa leku, szybkość dozowania (dawkowanie) leku , poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji, typ wybranej do infuzji strzykawki, stan naładowania akumulatora. Napisy na wyświetlaczu w języku polskim Instrukcja obsługi w języku polskim</p> <p>Waga do 2.5 kg . Zasilanie 230 V AC oraz 12 V DC. W kpl uchwyt do bezpiecznego montażu pompy w ambulansie zgodny z wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania pompy i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu</p> <p>- załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy</p>		
--	--	--

11. <u>Defibrylator / monitor przenośny z funkcją transmisji danych- 2 szt</u>		
Wymagane minimalne parametry	Potwierdzenie *	Parametr oferowany*
podać markę model , załączyć folder	Tak / Nie*	
Defibrylator przenośny dla dorosłych i dzieci o wadze kompletnego defibrylatora gotowego do pracy opisanego w specyfikacji do max 10 kg	Tak / Nie*	
Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55	Tak / Nie*	
Czas pracy na akumulatorze: min. 6 godzin	Tak / Nie*	

ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z max energią		
Zasilanie defibrylatora poprzez uchwyt karetkowy zapewniający możliwość ładowania akumulatora/ów w aparacie oraz zasilanie defibrylatora	Tak / Nie*	
Akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, czas ładowania do max 4,5 godzin	Tak / Nie*	
Defibrylacja dwufazowa w trybie ręcznym i automatycznym, regulacja energii w zakresie min. 2-200J, dostępne min.20 poziomów energii zew, gotowość do defibrylacji max energią w max 7 s., możliwość wykonania kardiowersji	Tak / Nie*	
Ekran kolorowy LCD o przekątnej min 6,5" , Możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych jednocześnie	Tak / Nie*	
Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych	Tak / Nie*	
Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek.	Tak / Nie*	
Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.	
Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń i min 30 zrzutów ekranowych (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne).	Tak / Nie*	
Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i możliwością transmisji przez modem GSM	Tak / Nie*	
Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min	Tak / Nie*	

Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV	Tak – 0 pkt. Szerszy zakres – 10 pkt.	
Tryb asynchroniczny i „na żądanie”	Tak / Nie*	
Częstotliwość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min , prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10-140 mA	Tak / Nie*	
Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET	Tak / Nie*	
Zakres pomiaru SpO2 w zakresie 1-100% i pulsu w zakresie min 30-230/min	Tak / Nie*	
Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, zsynchronizowany pomiar RR z sygnałem EKG	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
Funkcja wspomaganie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnień klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnień.	Tak / Nie*	
Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnień klatki piersiowej oraz prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnień klatki piersiowej.	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt	
Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnień klatki piersiowej z zalecaną częstością.	Tak / Nie*	
Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
Pomiar etCO2 , możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych dorosłych i dzieci	Tak / Nie*	
Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
Komunikacja bluetooth	Tak / Nie*	
Transmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG oraz mierzonych parametrów przez	Tak / Nie*	

dedykowany modem , transmisja GSM 3G do szpitalnych systemów odbiorczych funkcjonujących w 2 pracowniach hemodynamicznych na terenie Radomia (podać)		
Port USB do transferu danych do komputera PC	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.	
Kabel EKG 12-odprow., 1 szt.	Tak / Nie*	
Kabel do stymulacji	Tak / Nie*	
Czujnik SpO2 – klips palcowy dla dorosłych 1 szt., klips palcowy dla dzieci 1 szt.	Tak / Nie*	
Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych min. 8 kpl. i dzieci min. 2 szt..	Tak / Nie*	
Mankiet NIBP: standardowy dla dorosłych 1 szt. i dzieci min.1 szt.	Tak / Nie*	
Zestaw akcesoriów do pomiaru kapnometrii dla dorosłych i dla dzieci min 1 kpl - 25 szt	Tak / Nie*	
Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do ambulansu z funkcją ładowania akumulatora i zasilania defibrylatora po wpięciu aparatu zgodny z normą Pn EN 1789	Tak / Nie*	
Okres gwarancji min. 24 miesiące	Tak / Nie*	
- załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy	Tak / Nie*	

12. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 2 szt

Wymagane minimalne parametry	Potwierdzenie *	Parametr oferowany*
(podać markę model , załączyć folder)	Tak / Nie*	

<p>Urządzenie przenośne, przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych</p> <p>Prowadzenie ucisków za pomocą taśmy piersiowej lub mechanicznego tłoka w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym</p> <p>Parametry pracy: głębokość uciśnięć: 20% głębokości klatki piersiowej dla urządzenia prowadzącego uciski za pomocą taśmy piersiowej lub min. 5 do 6 cm dla urządzenia pracującego w technologii mechanicznego tłoka, w całym zakresie masy wagi ciała pacjenta , częstość uciśnięć min. 80 ± 5 /minutę dla inute,</p> <p>Automatyczne lub ręczne dopasowanie urządzenia do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta.</p> <p>Możliwość zamocowania urządzenia wraz z pacjentem do noszy, deski ortopedycznej, kosza ratowniczego</p> <p>Automatyczne dostosowanie siły uciśnięć do podatności klatki piersiowej niezależnie od rozmiarów klatki piersiowej pacjenta, automatyczne zatrzymanie uciśnięć w przypadku wykrycia niebezpiecznej pozycji pacjenta (przesunięcia klatki piersiowej względem elementu prowadzącego uciski)</p> <p>Zasilanie akumulatorowe, w komplecie min 3 akumulatory ze wskaźnikiem poziomu naładowania, czas pracy na kpl. akumulatorów minimum 90 minut, możliwość szybkiej wymiany akumulatora bez użycia dodatkowych narzędzi, w zestawie ładowarka akumulatorów z funkcją testowania i rekondycjonowania , w kpl zestaw min 3 akcesoriów do ucisku klatki piersiowej</p> <p>Możliwość transportu pacjenta bez konieczności przerywania uciśnięć klatki piersiowej pacjenta przy pracy urządzenia przy pochyleniu do min. 45° w każdej płaszczyźnie oraz możliwość podnoszenia i przenoszenia pacjenta a także transportu</p>	<p>Tak / Nie*</p>	
---	-------------------	--

na płachcie ratowniczej w trakcie ucisnięć klatki piersiowej Waga urządzenia gotowego do pracy do 12 kg W kpl. torba transportowa z miejscem na akcesoria Gwarancja na oferowane urządzenie min 24 miesiące , bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku konieczności dostarczenia urządzenia do serwisu zastępcze na czas przeglądu - załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami wykonawczymi do ustawy		
- torba z funkcją płachty do przenoszenia	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt *	

Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest fabrycznie nowy , kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkownika nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Podane parametry i dane dotyczą oferowanego rozwiązania.

W kolumnie 2 „potwierdzenie” należy potwierdzić oferowany parametr lub jego brak. Potwierdzenie braku parametru w kolumnie 2 skutkuje odrzuceniem oferty . Wymóg ten nie dotyczy parametrów punktowanych

W kolumnie 3 „parametry oferowane” należy opisać oferowane parametry

.....
miejscość, data

.....
pieczęć i podpis czytelny osoby
upoważnionej/Wykonawcy

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

FORMULARZ CENOWY

Sprzętu medycznego o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ.

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Wartość netto (bez VAT PLN)	Podatek VAT		Cena brutto (z podatkiem VAT)
				Stawka	Kwota	
1.	Nosze podbierakowe	2				
2.	Deska ortopedyczna dla dorosłych	1				
3.	Deska ortopedyczna pediatryczna	1				
4.	Zestaw do zabezpieczenia amputowanych kończyn	2				
5.	Szyna wyciągowa	2				
6.	Pulsoksymetr przenośny transportowy z kapnometrem	2				
7.	Ssak akumulatorowo - sieciowy	2				
8.	Ssak przenośny mechaniczny	2				
9.	Respirator reanimacyjno - transportowy	1				
10.	Krzeselko kardiologiczne składane	2				
11.	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	2				
12.	Defibrylator /monitor przenośny z funkcją transmisji danych/	2				
13.	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	2				
	RAZEM:					

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis
czytelny osoby uprawnionej/ Wykonawcy)

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

FORMULARZ PARAMETRÓW PUNKTOWANYCH

Parametr punktowany	Punktacja	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV lub CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt		
Min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaniu oddechowej w trybie IPPV/CMV, 100 i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) - dotyczy respiratora	Poniżej 50% - 10pkt 50% i więcej – 0 pkt		
Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI (rezonans magnetyczny) o indukcji min. 3 Tesla - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt		
Wyposażony w dodatkowy o zestaw do manualnej wentylacji ciśnieniowej noworodków - dotyczy respiratora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt		
Wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.		
Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV - dotyczy defibrylatora	Tak – 0 pkt. Szerszy zakres – 10 pkt.		
Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankieta, zsynchronizowany pomiar RR z sygnałem EKG - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.		
Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnień klatki piersiowej oraz prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnień klatki piersiowej – dot defibrylatora	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.		
Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na	Tak – 10 pkt.		

ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej - dotyczy defibrylatora	Nie – 0 pkt.		
Bezprzewodowa transmisja danych w systemie WiFi - dotyczy defibrylatora	Tak – 10pkt. Nie – 0 pkt.		
Port USB do transferu danych do komputera PC - dotyczy defibrylatora	Tak – 10 pkt. Inne rozwiązanie – 0 pkt.		
- torba z funkcją płachty do przenoszenia dotyczy urządzenia do kompresji klatki piersiowej	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.		
transporter wyposażony w system automatycznego zwolnienia blokady podwozia (tzn. nie wymagający żadnych dodatkowych czynności) umożliwiający wjazd do karetki gdy kółka najazdowe opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie tzw automatyczna blokada uniemożliwiająca złożenie podwozia w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie – dot transportera pod nosze	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt		
z systemem automatycznego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków czy zwalniania dźwigni blokad itp. – dot transportera pod nosze	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt		
ze wskaźnikiem serwisowym wskazującym natężenie eksploatacyjne zestawu określający czas do przeglądu serwisowego np. poprzez pomiar ilości złożów transportera - – dot transportera pod nosze	Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt		
Łączna max suma punktów	120 pkt		

* wypełnia Wykonawca

.....
(data i czytelny podpis Wykonawcy/Oferenta)

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY Z ART. 25A UST. 1**Część I: Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania o udzielenie zamówienia.**

Numer ogłoszenia w BZP: Ogłoszenie nr 564222-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY	
PEŁNA Nazwa (<i>firma, adres</i>): Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, krajowy numer identyfikacyjny 67020628600000, ul. ul. Tochtermana 1 , 26600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 626 389, e-mail pogotowie@pogotowie.radom.pl, faks 483 624 847. Adres strony internetowej (URL): www.pogotowie.radom.pl	Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, krajowy numer identyfikacyjny 67020628600000, ul. ul. Tochtermana 1 , 26600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 626 389, e-mail pogotowie@pogotowie.radom.pl, faks 483 624 847. Adres strony internetowej (URL): www.pogotowie.radom.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia na: (<i>Tytuł postępowania podany w BZP</i>)	dostawa sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia dla udzielanego zamówienia na wskazane wyżej postępowanie: (<i>wskazać tak jak w ogłoszeniu w BZP</i>)	dostawa sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego (<i>jeżeli dotyczy</i>):	RSPR- 3 PN/2017

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach

OŚWIADCZENIA WŁASNEGO WYKONAWCY wypełnia wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY**

Identyfikacja:	Odpowiedź:
<i>Pełna nazwa firmy;</i>	

<p><i>W zależności od podmiotu:</i></p> <p><i>NIP/PESEL, KRS/ CEiDG</i></p> <p><i>(podać właściwy numer oraz zarejestrowaną formę prawną wraz z jej numerem)</i></p>	
<p><i>Adres pocztowy :</i></p>	
<p>Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:</p> <p>Telefon:</p> <p>Adres e-mail:</p> <p>Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):</p> <p><i>(dane osób należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne)</i></p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p> <p>[.....]</p> <p>[.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem¹?</p> <p><i>(Należy wypełnić do celów statystycznych)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
OFERTA WSPÓLNA	Odpowiedź:
<p>Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (np. konsorcjum, spółka cywilna)</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy oferty wspólnej przedstawili odrębne OŚWIADCZENIA WŁASNE WYKONAWCY.</p>	
<p>Jeżeli tak:</p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (np. - lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (firma: nazwa, adres-</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p>

¹ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

<p><i>należy powtórzyć tyle razy ile firm wchodzi w skład konsorcjum, spółka cywilna):</i></p> <p>c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział (<i>jeżeli wykonawcy przyjęli nazwę własną/wspólna dla tego działania</i>):</p>	c): [.....]
Części	Odpowiedź:
Wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne i wynika z dokumentów rejestrowych firmy)

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:		Odpowiedź:
1.	Imię i nazwisko:	[.....], [.....]
2	Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
3	Adres pocztowy Firmy:	[.....]
4	Telefon:	[.....]
5	Adres e-mail:	[.....]

C: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, o ile są mu znani, należy podać wykaz proponowanych podwykonawców:</p> <p>[...]</p>

Część III: Obligatoryjne podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych określono podstawy obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy.

Podstawy wykluczenia związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21		Odpowiedź:
1	<p>Czy</p> <p>13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, prawomocnie skazano za przestępstwo:</p> <p>a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),</p> <p>b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,</p> <p>c) skarbowe,</p> <p>d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);</p> <p>14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;</p> <p>21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <hr/> <p><i>(wypełnienie poniższej informacji oraz w pozycji 2-4 dotyczy okoliczności, gdy wykonawca był karany. Jeżeli nie był karany może usunąć pozycje od 2-4</i></p> <p>Czy odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
2	<p>Jeżeli tak, proszę podać (tyle razy ile to jest konieczne):</p> <p>a) datę wyroku, określić, których podstaw</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p>

	<p>wykluczenia wskazanych wyżej on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz artykuł(-u), artykuł(-ów) to dotyczy.</p> <p>Czy odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak, <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]²</p>
3	<p>W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
4	<p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki posiłkując się wskazanymi przykładowo walorami w art. 24 ust. 8:</p>	<p>[.....]</p>

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

	Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
1	<p>15) Czy wobec wykonawcy, wydano <u>prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną</u> o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><i>(wypełnienie informacji w kolumnie 2- dotyczy sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się z obowiązków płatności:</i></p>	
2		Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne

² Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<p>Jeżeli tak, proszę wskazać:</p> <p>a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:</p> <p style="padding-left: 40px;">Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?</p> <p style="padding-left: 40px;">– Proszę podać datę wyroku lub decyzji.</p> <p style="padding-left: 40px;">– W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:</p> <p>2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p style="padding-left: 40px;">d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczególne informacje na ten temat: [.....]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczególne informacje na ten temat: [.....]</p>
--	--	--

C: INNE OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

	<p>Podstawy wykluczenia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 16-20 oraz pkt 22 i 23 ustawy Pzp</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>1</p>	<p>16) Czy wykonawca, w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.</p> <p>Jeżeli tak, należy podać szczególne informacje na ten temat</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <hr/>
<p>2</p>	<p>17) Czy wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

	Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat	
3	<p>18) Czy wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;</p> <p>Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
4	<p>19) Czy wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brała udział w przygotowaniu takiego postępowania:</p> <p>Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane—w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać</p> <p>[.....]</p>
5	<p>20) Czy wykonawca z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;</p> <p>Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
6	<p>21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);</p> <p>Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
7	<p>22) Czy wobec wykonawcy orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

	zamówienia publiczne; Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje na ten temat	
8	<p>Zamawiający zbada, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli:</p> <p>23) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.</p> <p>Ocena czy istnieją podstawy wykluczenia zostanie dokonana na podstawie wymaganego do złożenia oświadczenia wykonawcy, w terminie 3 dni, liczonych od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji na stronie internetowej, tj.:</p> <p>1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;</p> <p>2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;</p> <p>3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.</p> <p>o których mowa w art. 86 ust. 5.</p> <p>Wymaganie to jest określone w SIWZ w rozdz. VI, ust. 6.2</p>	

D: PODSTAWY WYKLUCZENIA FAKULTATYWNE Z ART. 24 UST. 5 PKT 1 I 8

Informacje dotyczące ewentualnych podstaw wykluczenia, jeżeli <u>zamawiający przewidział taką podstawę w ogłoszeniu lub SIWZ na podstawie art. 24 ust. 5 a dotyczą pkt</u>	Odpowiedź:
<p>1) czy w stosunku do wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?</p>

<p>dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>

Część IV: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–IV są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający: uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby[określić postępowanie o udzielenie zamówienia:(nazwa nadana przez zamawiającego, adres publikacyjny w BZP, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie

o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: RSPR 3PN/2017

ZAMAWIAJĄCY: RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU

WYKONAWCA:

.....
.....
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,**

działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Oświadczam/(-my)

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);

o przynależności³ do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1		
2		
3		

³ Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....
miejsowość i data

.....
*podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 5 do SIWZ*

Umowa Nr /PROJEKT/

zawarta w dniu r. pomiędzy Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000096809 , posiadającym numer identyfikacyjny NIP 9481668643, Regon 670206286 reprezentowaną przez:

- Dyrektora - lek. med. Piotra Kowalskiego
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
zwanym Zamawiającym

a.....
reprezentowanym przez:
zwanym Wykonawcą

§ 1

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.(Dz. U. z 2015 r. poz.2164) o następującej treści:

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu medycznego o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 r.)

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przedmiotu umowy do dostarczenia n/w dokumentów:
 - A) instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim,
 - b) karty gwarancyjnej
 - c) paszportu technicznego
2. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji.
3. Przedmiot umowy będzie dostarczony środkiem transportu Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy.
4. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić czy dostawa jest zgodna z zamówieniem.
5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
6. Termin wykonania umowy do 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 4

1. Upoważnionymi pracownikami ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są:
.....
2. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:
.....

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji na całość przedmiotu umowy na okres.....(min 24) miesiące od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2. Koszty obsługi serwisowej, napraw gwarancyjnych, dojazdów do Zamawiającego lub przesyłki uszkodzonego sprzętu do i po naprawie do Zamawiającego w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
3. Czynności gwarancyjne i pogwarancyjne realizować będzie (*adres, tel., fax., e-mail*):
.....
4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: do 3 dni od zgłoszenia awarii telefonicznie, faxem lub pocztą e-mail.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od zgłoszenia zgodnie z zapisem ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku naprawy wynoszącej powyżej 7 dni Wykonawca dostarczy na własny koszt urządzenie zastępcze, równoważne z przedmiotem umowy, a Zamawiający odstąpi w takim wypadku od naliczania kary umownej.
6. Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd techniczny w ramach gwarancji, w 12-tym i 24 miesiącu eksploatacji - licząc od daty dostawy.

§ 6

1. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT.
2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru dostarczonego sprzętu.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę (z podatkiem VAT) w wysokości: PLN (słownie:) płatną

w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury po protokolarnym odbiorze.

§ 7

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne z następujących tytułów:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 ust. 3 niniejszej umowy karę w wysokości 0,5 % za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w naprawach w okresie gwarancji ponad terminy określone w § 5 ust.4 i ust.5 karę w wysokości 0,5% za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,
 - c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę w wysokości 10% ceny (zawierającej podatek VAT) przedmiotu umowy.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Istotne zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art.144 ust.1 Prawa zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z następujących okoliczności:
 - 1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy w tym zmian podatku VAT i cen urzędowych.
 - 2) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie.
 - 3) oczywistych omyłek pisarskich w treści niniejszej umowy.

- 4) zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego z przyczyn wynikających z wystąpienia siły wyższej.

§ 11

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać wszelkich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany strony umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2011, nr 112, poz. 654). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

§ 12

1. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz.2164) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, 2281, Dz.U. z 2016r. poz. 195) i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w informatycznej bazie danych Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z tą ustawą.
3. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 21,1224, 2281)) i zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał, ujawniał, rozpowszechniał wszelkich informacji, materiałów, danych, jakie uzyskał w trakcie wykonywania niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 14

Nierozłączną część umowy stanowią załączniki niżej wymienione:

1. Formularz ofertowy – wszystkie strony

Wykonawca:

Zamawiający: