

Nr sprawy: RSPR – 4 PN /2016 odp.

Radom, dnia 29 .04.2016r.

Wykonawcy/ wszyscy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (RSPR – 4 PN /2016)

Zamawiający – Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Radomiu przy ul. Tochtermana 1, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.poz.2164) udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a mianowicie:

Pytanie 1.

Prosimy o wydzielenie pozycji 7 do osobnego pakietu lub umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w w/w postępowaniu, co umożliwi wzięcie udziału większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert

Pozycja 7

1. Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z zakresem pomiaru pulsu 30-250 bpm
2. Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z czasem pracy ciągłej do 20h
3. Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru bez pomiaru respiracji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z up. DYREKTORA
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
mgr Beata Bizeniek
GŁÓWNA KSIĘGOWA